

Экспертное заключение

Лот №4 Пила сагиттальная

Представлена одна заявка потенциального поставщика ТОО « Круана » .

Наименование Пила сагиттальная System 8 в вариантах исполнения

Производитель Stryker Instruments, Соединенные Штаты Америки

Регистрационное удостоверение РК- МТ - 5№ 020737

После изучения, представленных потенциальными поставщиками документаций, и других документов в соответствии с техническими характеристиками медицинских изделий , предлагаемых потенциальными поставщиками были сделаны следующие выводы : технические характеристики , комплектация пила сагиттальная System 8 в вариантах исполнения , предлагаемого потенциальным поставщиком, соответствует заявленной технической спецификации.

Потенциальным поставщиком предоставляются условия гарантийного сервисного обслуживания МТ не менее 37 месяцев, плановое техническое обслуживание не реже чем 1 раз в квартал .

Лот №5 Дрель двухклавишная

Представлена одна заявка потенциального поставщика ТОО « Круана » .

Наименование Дрель двухклавишная System 8 Dual Trigger Royary в вариантах исполнения

Производитель Stryker Instruments, Соединенные Штаты Америки

Регистрационное удостоверение РК – МИ (МТ) - № 020738

После изучения, представленных потенциальными поставщиками документаций, и других документов в соответствии с техническими характеристиками медицинских изделий , предлагаемых потенциальными поставщиками были сделаны следующие выводы : технические характеристики , комплектация дрель двухклавишная System 8 в вариантах исполнения, предлагаемого потенциальным поставщиком, соответствует заявленной технической спецификации.

Потенциальным поставщиком предоставляются условия гарантийного сервисного обслуживания МТ не менее 37 месяцев, плановое техническое обслуживание не реже чем 1 раз в квартал .

Врач нейрохирург

Прохоров И.А.

Экспертное заключение

На основании изучения представленных потенциальными поставщиками документов, технических характеристик предлагаемого оборудования в соответствии с тендерной документацией, были сделаны следующие выводы.

Наименование по лоту № 1 Анализатор мочи

На тендер представлены три заявки следующих потенциальных поставщиков :

ТОО « Интермедика Алматы »

ТОО « ОрдаМед Караганда »

ТОО « ДиАКиТ »

1) ТОО « Интермедика Алматы » - Анализатор мочи CL-500, производитель High Technology, Inc (США)

Регистрационное удостоверение РК-МИ (in vitro) - 0№025827

Дата регистрации: 26.01.2023 г.

Анализатор мочи CL-500 не соответствует требованиям технической спецификации к тендерной документации по закупке. Так например в технической спецификации отсутствуют дополнительные комплектующие : элемент для зарядки, цилиндр вращательный, адаптер сетевой, кабель сетевой, программное обеспечение а также техническая спецификация к тендерной заявке не соответствует технической характеристике и(или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением и (или) регистрационным досье.

Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ, необходимое гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев, плановое техническое обслуживание не реже чем 1 раз в квартал предоставляются.

2) ТОО « ОрдаМед Караганда » - Анализатор мочи DocUReader 2 Pro с принадлежностями, производитель 77 Elektronika Muszeripari Kft, Венгрия

Регистрационное удостоверение РК-МИ (МТ) - №016856

Дата регистрации: 21.02.2022 г.

При определении соответствия технических характеристик оборудования, требованиям технической спецификации медицинской техники анализатор мочи DocUReader 2 Pro с принадлежностями полностью соответствует всем параметрам.

Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ, необходимое гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев, плановое техническое обслуживание не реже чем 1 раз в квартал предоставляются.

3) ТОО « ДиАКиТ » - Анализатор мочи URIT -50 в комплекте, производитель URIT Medical Electronic Co Ltd Китай

Регистрационное удостоверение РК- МТ - 5№020031

Дата регистрации: 29.01.2020 г.

Техническая характеристика анализатора мочи URIT -50 в комплекте, не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением и (или) регистрационным досье.

Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ, необходимое гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев, плановое техническое обслуживание не реже чем 1 раз в квартал предоставляются.

Наименование по лоту №2 Автоматический коагулометр

На тендер представлена заявка потенциального поставщика :

- 1) ТОО « Центр профессионального обучения « Аманат » - Автоматический анализатор – коагулометр С3100, производство Beijing Mindray Medical Instrument Co., Ltd., Китай

Регистрационное удостоверение РК-МИ (in vitro) – 0№025737

Дата регистрации: 18.01.2023 г.

При определении соответствия технических характеристик оборудования , требованиям технической спецификации медицинской техники, автоматический анализатор – коагулометр С3100 ,соответствует всем параметрам технических характеристик .

Поставщиком предоставляются условия гарантийного сервисного обслуживания МТ, необходимое гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев, плановое техническое обслуживание не реже чем 1 раз в квартал.

Наименование по лоту №3 Автоматический гематологический анализатор

- 1) ТОО « Центр профессионального обучения « Аманат » - Автоматический гематологический анализатор Celltac α серии MEK -1305 с определением скорости оседания эритроцитов (ESR) , производство Nihon Kohden Corporation, Япония


Регистрационное удостоверение РК-МИ (in vitro) – 0№024913

Дата регистрации: 19.07.2022 г.

При определении соответствия технических характеристик оборудования , требованиям технической спецификации медицинской техники, автоматический гематологический анализатор Celltac серии MEK -1305 с определением скорости оседания эритроцитов , соответствует всем параметрам технических характеристик .

Поставщиком предоставляются условия гарантийного сервисного обслуживания МТ, необходимое гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев, плановое техническое обслуживание не реже чем 1 раз в квартал.

Заведующая лабораторией



Шиманская И.В.

Экспертное заключение

После изучения, представленных потенциальными поставщиками документаций, и других документов в соответствии с техническими характеристиками оборудования, предлагаемых потенциальными поставщиками были сделаны следующие выводы.

Наименование по лоту №6 Бронхофиброскоп

На тендер представлена одна заявка :

1) **ТОО «Atlant MT»** - Бронхофиброскоп « PENTAX » модель FB-15V, производитель HOYA Corporation, Япония

Регистрационное удостоверение РК-МТ-7№003948

Дата регистрации: 24.05.2019 г.

При определении соответствия технических характеристик оборудования , требованиям технической спецификации медицинской техники, фибробронхоскоп « PENTAX » модель FB-15V, полностью соответствует всем параметрам.

Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ, необходимое гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев, плановое техническое обслуживание не реже чем 1 раз в квартал предоставляются.

Врач эндоскопист



Мыржыкбаев Б.Р.